"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76,fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /12 Data: 17.01.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 101/2012).

W imieniu „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytanie:

1. Dotyczy **Pakiet nr 1, pozycja nr 1-8:** Czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,6 kN/m?
2. Dotyczy **Pakiet nr 1, pozycja nr 1-8**: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie potwierdzenia szczelności mikrobiologicznej wystawionego przez producenta papieru w miejsce zaświadczenia certyfikowanego laboratorium.
3. Dotyczy **Pakiet nr 1, pozycja nr 1-8**: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej dla papieru. Wykonawca przedstawia Deklaracje Zgodności oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzające klasę oraz zgodność z wymaganymi normami danego wyrobu.
4. Dotyczy **Pakiet nr 2**: Czy Zamawiający zechce zmodyfikować zapis dotyczący oznakowania CE na wyrobie w celu doprowadzenia do zgodności z Ustawą o Wyrobach medycznych tzn. oznakowanie CE ma być na opakowaniu zbiorczym, natomiast ma go nie być na rękawach. Oznakowanie na rękawach świadczyłoby o zgodności wyrobu poddawanego sterylizacji w rękawie. Umieszenie znaku CE bezpośrednio na rękawie mogłoby mylnie sugerować, że zapakowany wyrób jest wyrobem medycznym.
5. Dotyczy **Pakiet nr 2**: Czy Zamawiający dopuści rękawy nieposiadające napisów w języku polskim? Wszelkie istotne oznaczenia zawarte są w formie piktogramów.
6. Dotyczy **Pakiet nr 2, pozycja 9**: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 100 x 40 [mm] Zamawiający dopuści rękaw 100 x 50 [mm]?
7. Dotyczy **Pakiet nr 2, pozycja 11**: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 200 x 50 [mm] Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 [mm]?
8. Dotyczy **Pakiet nr 2, pozycja 12**: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 250 x 60 [mm] Zamawiający dopuści rękaw 250 x 65 [mm]?
9. Dotyczy **Pakiet nr 2, pozycja 13**: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 300 x 60 [mm] Zamawiający dopuści rękaw 300 x 80 [mm]?
10. Dotyczy **Pakiet nr 3, pozycja 1-2**: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76,fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl

Dotyczy Pakietu II

11. Czy Zamawiający w **Poz. nr 13** dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?
12. Czy Zamawiający w **Poz. nr 8** dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 35 mm zamiast 25 mm?
13. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe posiadały papier o gramaturze 70 g/m²?

    Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania **dotyczące Pakietu I oraz II** do SIWZ .

14. Czy Zamawiający wymaga aktualnego certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego szczelności mikrobiologiczną papieru dołączonego do oferty przetargowej ?
15. Czy zapis dotyczący **rękawów papierowo-foliowych** „wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni , która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania" należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby wszystkie nadruki znajdowały się między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego od strony folii ?
16. Czy Zamawiający wymaga aby na **rękawach papierowo-foliowych** były nadrukowane pełne wymiary nominalne zgodne z wymiarami podanymi w ofercie cenowej ?
17. Czy Zamawiający wymaga aby zgodność z normami EN ISO 11607-1, 2 , EN 868-3, 5 **rękawów papierowo-foliowych** oraz ich szczelność mikrobiologiczna była potwierdzona aktualnym certyfikatem jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty przetargowej ?
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie nr II w poz. nr 4** rękawów o wymiarach 125mm x 200m , w poz. nr 9 - 100 x 50 :100m, w poz. nr 12 - 250 x 65 :100m, a w poz. nr 13 o wymiarach 300 x 65 : 100 m ?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy, że:

Ad. 1. Nie.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Dopuszczamy

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Tak.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76,fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl

Ad. 9. Nie.

Ad.10. Tak. Jednocześnie informujemy,że zmodyfikowano załącznik nr 1 - formularz cenowy oraz SIWZ

Ad. 11. Tak.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Zamawiający wymaga aby gramatura była minimum 60g/ m^2

Ad. 14. Tak.

Ad. 15. Tak.

Ad. 16. Tak.

Ad. 17. Zamawiający dopuszcza aby zgodność z normami EN ISO 11607-1, 2 , EN 868-3, 5 rękawów papierowo-foliowych oraz ich szczelność mikrobiologiczna była potwierdzona aktualnym certyfikatem jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty przetargowej

Ad. 18. Tak.

Z poważaniem