Załącznik nr 4 – łóżka rehabilitacyjne

L.p.	Opis techniczny	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Producent	Podać	
2.	Kraj pochodzenia	Podać	
3.	Rok produkcji min. 2012	Tak, Podać	
4.	Funkcja autokonturu.	Tak	
5.	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8 cm.	Tak	
6.	Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR).	Tak	
7.	Leże wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z tworzywa ABS.	Tak	
8.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.	Tak	
9.	Zasilanie elektryczne 220-240 V.	Tak	
10.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 360 do 800 mm (+/-30 mm).	Tak/podać	
11.	Wymiary leża: 900x2000 mm (+/- 30 mm).	Tak/podać	
12.	Długość całkowita: 2130 mm (+/- 30 mm).	Tak/podać	
13.	Szerokość całkowita wraz z barierkami 970 mm (+/- 30 mm).	Tak/podać	
14.	Przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości.	Tak	
15.	Leże łóżka posiadające cztery punkty podparcia	Tak	
16.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo w kolorze srebrnym.	Tak	
17.	Prześwit pomiędzy podstawą łóżka a podłogą – min 155 mm.	Tak/podać	
18.	Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowych panelem sterującym umieszczonym pod leżem. Dodatkowy panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych.	Tak	
19.	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm.	Tak/podać	
20.	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego	Tak	
21.	Szczyty łóżka wykonane z polietylenu z wklejkami w	Tak	

	kolorze niebieskim ,w technologii Rotomuldingu , łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi.		
22.	Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża, niezależne aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie.	Tak	
23.	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża.	Tak	
24.	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe.	Tak	
25.	Elastyczne listwy odbojowe na całej długości barierek bocznych chroniące łóżko przed uderzeniami.	Tak	
26.	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym.	Tak	
27.	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym.	Tak	
28.	Elastyczne, uchwyty z tworzywa do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami.	Tak	
29.	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	Tak/podać	
30.	Maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg.	Tak/podać	
31.	Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta.	Tak	
32.	Możliwość montażu w czterech miejscach leża wieszaka kroplówki.	Tak	
33.	Możliwość montażu wysięgnika do podciągania.	Tak	
34.			
35.	Łóżka wyposażone w pasywny jednostronny materac przeciwodleżynowy o wysokości min. 12 cm. Wykonany z pianki poliuretanowej i specjalnej siatki 3D, która jest przycinana i poprzecznie podzielona na pięć stref anatomicznych, co zapewnia równomierny rozkład masy ciała pacjenta. Przekroje materaca zapewniają cyrkulację powietrza, usuwają parę wodną i chronią pacjenta przed wilgocią i przegrzaniem. Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, wodoodporny, oddychający, ognioodporny – elastyczny w czterech	Tak/podać	

	kierunkach. Możliwe pranie pokrowca w temperaturze 95° C.		
36.	Wyposażenie dodatkowe łóżekminimum: -wysięgnik do podciągania-1 szt. -wieszak do kroplówki-4 szt. -materac przedłużenia leża-2 szt.	Tak/podać	
37.	Elektryczne regulacje: -segment oparcia pleców do 70°(+/- 5°) - segment uda do 45° (+/-5°) - pozycja Trendlelenburga do 20° (+/- 5°) - pozycja anty-Trendlenburga do 20° (+/-5°) - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym	Tak/podać	
38.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie oraz personelu technicznego	TAK	
39.	Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.	Tak/podać	
40.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia	Podać (min.10 LAT)	
41.	Ponowny bieg gwarancji na wymienione w czasie okresu gwarancyjnego główne podzespoły	TAK	
42.	Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
43.	Niezbędne przeglądy (ilość i zakres)	OPISAĆ	
44.	Instalacja w siedzibie zamawiającego	TAK	