

Wózek do transportu zwłok – 1 szt

Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji:

LP.	Opis	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wózek przeznaczony jest do przewożenia zwłok w placówkach służby zdrowia.	Tak	
2.	Wózek, taca i pokrywa wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo/ ze stali nierdzewnej	Tak, podać	
3.	Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy min 150 mm, min. dwa koła z blokadą.	Tak	
4.	Długość całkowita: 2000 mm (+/-50 mm)	Tak	
5.	Szerokość całkowita: 650 mm (+/- 50 mm)	Tak	
6.	Wysokość regulowana w zakresie (bez pokrywy): od 460 do 860 mm (+/- 50 mm)	Tak	
7.	Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg	Tak	
8.	Gwarancja min. 24 m-ce.	Tak	

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
podpis oferenta