

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76, fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl



Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /12

Data: 21.11.2012r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę łóżek rehabilitacyjnych i mikroskopów (Znak sprawy: 5466/2012)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2 % lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Dotyczy Grupy I – łóżka szpitalne rehabilitacyjne – 2 sztuki

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżka szpitalne wyposażone w składane wzdłuż ramy leża barierki boczne jednak bez możliwości ich demontażu? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i nie ma uzasadnienia klinicznego.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne, którego segmenty leża nie są przeziernie dla promieni RTG? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w układ jezdny blokowany centralnie za pomocą 4 dźwigni umieszczonych nad każdym kołem? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego gwarantując w szybki i łatwy sposób unieruchomienie łóżka bez względu na położenie operatora.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w cztery antystatyczne koła blokowane centralnie, z których jedno spełnia rolę koła kierunkowego zamiast łóżka wyposażonego w piątą dodatkowe koło? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym zapewniając pełną mobilność łóżka co bardzo dobrze sprawdza się w praktycznym użyciu.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 41,5 cm do 81,5cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w materac wykonany z wysokoelastycznej pianki z sekcjami o różnej gęstości przyciętej na kształt gofrów bez warstwy lateksu? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego albowiem

"Pro-Medica" w Elk Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76, fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl



- oferowana struktura materaca pozwala na indywidualne dopasowanie się do kształtu ciała pacjenta co ma duże znaczenie terapeutyczne.
8. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 220cm? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełny komfort dla hospitalizowanych pacjentów o zróżnicowanym wzroście.
 9. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z możliwością przedłużenia leża co najmniej o 20cm? Proponowane rozwiązanie zapewnia doskonały komfort dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.
 10. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w narożnikach leża? Proponowane rozwiązanie zapewnia pełną ochronę łóżka czy ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.
 11. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko wyposażone w centralny sterownik dla personelu wyposażony w blokadę wszystkich elektrycznych funkcji oraz dodatkowy pilot dla pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest bardzo korzystne gdyż gwarantuje pełną kontrolę personelu nad realizowanymi funkcjami dla bezpieczeństwa pacjentów oraz dodatkowo pozwala na realizowanie niektórych funkcji przez samego pacjenta.
 12. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z regulacją oparcia segmentu uda od 0 do 16.5°? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając pełny komfort hospitalizowanym pacjentom.
 13. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-14°? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
 14. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 70°? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
 15. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektrycznego łóżka szpitalnego, w którym pozycja krzesła kardiologicznego oraz pozycja CPR uzyskiwane są przy pomocy jednego przycisku? Oferowane parametry wpływają na większą funkcjonalność oferowanego łóżka ułatwiając pracę personelu medycznego.
 16. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektrycznego łóżka szpitalnego z funkcją podwójnej autoregresji? Parametr ten pozwala na zredukowanie ucisku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa pacjenta podczas regulacji segmentów łóżka, co zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn.
 17. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektrycznego łóżka szpitalnego wyposażonego w lampkę oświetlającą przestrzeń pod łóżkiem tworząc delikatną poświatę wokół obrysu łóżka? Rozwiązanie to pozwala pacjentowi na łatwiejsze opuszczenie łóżka, jak i powrót na nie w nocy bez narażania się na upadek, a zarazem ułatwia pracę personelu medycznego nocą.
 18. Czy Zamawiający dopuści ze zdejmowanymi szczytami, ale bez zdejmowanych boków (barierek)? Bariereki są tak skonstruowane, że po złożeniu nie przeszkadzają w transferze pacjenta na wózek, itp.
 19. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piątego koła zapasowego?
 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża 450 mm?
 21. Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka bez warstwy latexu (który często powoduje uczulenia) o grubości 12 cm w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym?
 22. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 11.01.2013r. A jeśli nie, to o ile jest w stanie wydłużyć ten termin.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 000000015229

Kapitał zakładowy 17 575 000,00 PLN REGON 510996861, NIP 848-16-30-309

ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski; Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski; Członek Zarządu : Janusz Roszkowski

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76, fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl



23. Czy w rozumieniu pkt. 2 Zamawiający ma na myśli sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w bariery boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu oraz pilota przewodowego bądź panelu centralnego ?
24. Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty dekoracyjnej oraz składane bariery boczne chroniące pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości, bez możliwości ich odejmowania?
25. Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szczyty tworzywowe wykonane w wersji „oddmuchu” bez miejsc łączenia oraz opuszczane bariery boczne dzielone $\frac{1}{2}$ bez możliwości ich odejmowania ?
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przeziernym segmentem pleców ?
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę kół, oraz kierunkową ?
28. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez 5 koła ?
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością na poziomie 385 mm ?
30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością 985 mm ?
31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 230kg w pozycji horyzontalnej oraz 400 kg w pozycji statycznej ?
32. Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z czego trzy segmenty są ruchome ?
33. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało przedłużenie leża o min. 150 mm ?
34. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było o konstrukcji składającej się z dwóch kolumn cylindrycznych ?
Rozwiązanie takie znacznie jest korzystniejsze ponieważ jest brak trudno-dostępnych miejsc
35. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało elektryczne funkcje pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga dokonywane min. 0-16 ° ?
36. Czy Zamawiający wymaga aby bariery boczne były wykonane w tworzywa stanowiące jednolity odlew, z dodatkowym sterowaniem wbudowanym w bariery ?
37. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym nie ma możliwości zdjęcia boków łóżka?
38. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z minimalną wysokością leża wynoszącą 460mm i szerokością wynoszącą 980mm?
39. Czy Zamawiający dopuści łóżko z max obciążeniem roboczym wynoszącym 230kg?
40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne ze standardowym materacem, dopasowanym do leża, o właściwościach przeciwoleżynowych?
41. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie w mikroskopach wysokiej klasy optyki Plan-achromat korygowanej na nieskończoność?
42. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dołączone do kamery było w języku polskim?
- 43.. Czy zamawiający dopuszcza kamerę o wyższych parametrach tj. 2592x1944 (5.1MP)?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

- Ad.1. Nie.
Ad.2. Nie.

"Pro-Medica" w Elkku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24, tel. 87 620-95-93, tel. 87 620-95-76, fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl; www.promedica.elk.com.pl



- Ad.3. Nie.
- Ad.4. Tak.
- Ad.5. Nie.
- Ad.6. Tak.
- Ad.7. Nie.
- Ad.8. Tak.
- Ad.9. Nie.
- Ad.10. Nie.
- Ad.11. Tak.
- Ad.12. Nie.
- Ad.13. Nie.
- Ad.14. Nie..
- Ad.15. Tak.
- Ad.16. Nie.
- Ad.17. Nie.
- Ad.18. Tak.
- Ad.19. Nie.
- Ad.20. Tak.
- Ad.21. Nie.
- Ad.22. Nie.
- Ad.23. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**
- Ad.24. tak, jeżeli bez drewna i drewnopochodnych.
- Ad.25. Atak.
- Ad.26. Tak.
- Ad.27. Tak.
- Ad.28. Nie,
- Ad.29. Tak.
- Ad.30. Tak.
- Ad.31. Tak.
- Ad.32. Tak.
- Ad.33. Nie.
- Ad.34. Dwie kolumny.
- Ad.35. Nie.
- Ad.36. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**
- Ad.37. Jeżeli można położyć lub zsunąć, tak.
- Ad.38. Z możliwością podnoszenia.
- Ad.39. Tak.
- Ad.40. Nie, może być tylko latexowy.
- Ad.41. Tak.
- Ad.42. T.ak.
- Ad.43. Tak.

z poważaniem