"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 13.08.2014 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 3633/2014).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. **Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4 900 [K] , co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie wpływa na parametry użytkowe lampy?
2. **Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną o średnicy pola roboczego w zakresie 170 mm ÷ 300 mm dla kopuły głównej, co nie wpływa na wartości użytkowe lampy?
3. **Pyt. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wgłębności oświetlenia L1+L2 do granicy 60% Ec dla lampy głównej wynoszącym 51 cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie wpływa na parametry użytkowe lampy?
4. **Pyt. 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4 900 [K] , co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie wpływa na parametry użytkowe lampy?
5. **Pyt. 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną o średnicy pola roboczego w zakresie 170 mm ÷ 280 mm dla kopuły satelitarnej, co nie wpływa na wartości użytkowe lampy?
6. **Pyt. 6.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną z kopułą satelitarną wyposażoną w 56 diod LED i natężeniu 130 000 lux co jest parametrem lepszym niż wymagane?
7. **Pyt. 7.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w sterownik kamery umożliwiający regulację wszystkich funkcji z panelu sterownika bez konieczności posługiwania się pilotem bezprzewodowym?
8. **Pyt. 8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę medyczną posiadającą 10 krotny zoom optyczny, co jest bardzo dobrym parametrem nie wymagającym wspomagania przez zoom cyfrowy?
9. **Pyt. 9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę medyczną z ogniskową o zakresie 3.4 mm / 33.9 mm co daje lepsze osiągi dla kamery na małym dystansie pracy charakterystycznym dla kamer wbudowanych w czaszę lampy operacyjnej?
10. **Pyt. 10.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w sterownik kamery posiadający wyjścia sygnałowe wideo w standardach HD-SDI, DVI, CVBS, Y/C, YUV co gwarantuje możliwość podłączenia wszystkich standardów medycznych sygnałów wideo i nie wymaga użycia złącza HDMI używanego w sektorze urządzeń niemedycznych?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 50 cm do granicy 60% oraz 110 cm do granicy 20% dla czaszy głównej?
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 60 cm do granicy 60% oraz 120 cm do granicy 20% dla czaszy satelitarnej?

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500 K?
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością obrotu ramienia z monitorem o ok. 330^0 w osi sufitowego punktu mocowania?
15. Czy Zamawiający wymaga monitora medycznego 24"?
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kamerą o czułości min. 12 lux?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze sterownikiem kamery bez pilota bezprzewodowego?
18. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w p. 51. Czy Zamawiający wymaga transmisji obrazu z kamery w standardzie MPEG-4 po sieci LAN? Dokąd ma być transmitowany obraz z kamery?
19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą z „systemem sygnałowym" 1080/50i? W przypadku kamery HD wymóg sygnału w jakości 720/50p powodowałby pogorszenie jakości obrazu.
20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą z automatycznym balansem bieli?
21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą z wyjściem DVI oraz HD-SDI. Wyjście SD w przypadku kamery HD jest niekompatybilne z jakością obrazu w rozdzielczości HD i będzie bezużyteczne.
22. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 4**, zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów na wspólnym ramieniu?
23. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 4**, zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów umocowanych na oddzielnym zawiesiu?
24. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 6**, zezwoli na zaoferowanie w przypadku lampy z regulacją pola i barwy na łączny pobór mocy 330W?

    W przypadku dopuszczenia do zaoferowania lampy operacyjnej bez regulacji pola lub barwy pobór mocy wynosi 260W, a w przypadku lampy bez regulacji pola oraz barwy tylko 180W.
25. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 7**, zezwoli na zaoferowanie obrotu lampy z kamerą o kąt 330°?
26. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 11**, zezwoli na zaoferowanie regulacji temperatury barwowej w zakresie 3700 – 5000[K]?
27. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 11**, zezwoli na zaoferowanie lampy bez regulacji temperatury?
28. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 13**, zezwoli na zaoferowanie średnicy pola operacyjnego 24 – 34cm?
29. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 16**, zezwoli na zaoferowanie zakresu wgłębności 70cm?
30. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 31**, zezwoli na zaoferowanie bezcieniowości masek na dnie tuby 47?
31. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 34**, zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów umocowanych na oddzielnym zawiesiu?
32. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 37**, zezwoli na zaoferowanie obrotu lampy z kamerą o kąt 330°?
33. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 46**, zezwoli na zaoferowanie czułości 12 lux?
34. Czy Zamawiający w **Pakiet III** – lampa operacyjna **poz. 56**, zezwoli na zaoferowanie HD – Y/Pb/Pr?

Dotyczy: załącznik nr 5 **Kolumna anestezjologiczna – 2 szt.**

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z dwoma uchwytami z przyciskami do sterowania kolumną po bokach kolumny? Takie rozwiązanie zapewnia wygodne manewrowanie kolumną niezależnie od ustawienia osoby obsługującej kolumnę.
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bez systemu podnoszenia oraz bez uchwytu umożliwiającego zawieszenie aparatu do znieczulenia?
37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę wyposażoną po stronie infuzyjnej w drążek infuzyjny nieregulowany na wysokość? Regulacja drążka na wysokość nie dodaje kolumnie żadnych dodatkowy walorów użytkowych.
38. Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnie odkładcze szuflad były wykonane z materiału kompozytowego typu CORIAN?

Dotyczy: załącznik nr 6 Kolumna chirurgiczna-laparaskopowa – 2 szt.

39. Czy Zamawiający określając parametr w punkcie 6 tabeli, jako „Dopuszcza rozwiązanie z ramieniem wysięgnika kolumny uchylnym…" dopuszcza jednocześnie inne rozwiązanie, niewyposażone w ramię uchylne i nierealizujące ruchu pionowego?
40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z dwoma uchwytami z przyciskami do sterowania kolumną po bokach kolumny bez uchwytów na frontach półek? Takie rozwiązanie zapewnia wygodne manewrowanie kolumną niezależnie od ustawienia osoby obsługującej kolumnę.
41. Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 425 x 430 mm? Oferowane rozwiązanie zapewnia ergonomiczne wykorzystanie powierzchni półki.
42. Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnie odkładcze półki oraz fronty półki były wykonane z materiału kompozytowego typu CORIAN?

Dotyczy: załącznik nr 7 Lampa operacyjna - 2 szt.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie 3600 do 5000 [K] w lampie głównej? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego w sposób nieznaczny.
44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach bezcieniowości dla lampy głównej:
    - 1 maska 43%
    - 2 maski 46%
    - 1 maska na dnie tuby 43%
    - 2 maski na dnie tuby 46%?

    Proponowane parametry odbiegają od wymaganych w stopniu nieznacznym.
45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie 3600 do 5000 [K] w lampie satelitarnej? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego w sposób nieznaczny.
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach bezcieniowości dla lampy satelitarnej:
    - 1 maska 35%
    - 2 maski 44%
    - 1 maska na dnie tuby 35%
    - 2 maski na dnie tuby 44%?

    Proponowane parametry odbiegają od wymaganych w stopniu nieznacznym.
47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w dwa monitory zawieszone na jednym ramieniu specjalnie do tego przystosowanym, jak na zdjęciu poniżej?



"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Oferowane rozwiązanie dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoką funkcjonalność i doskonałą widoczność monitora dla operatorów.

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę o czułości 12 lux? Oferowany parametr odbiega w sposób nieznaczny od wymaganego.
49. Czy Zamawiający wymaga, aby lampa posiadała, w co najmniej 650 – czasza główna i 390 – czasza satelitarna, punktów świetlnych w celu zagwarantowania doskonałej dystrybucji cieni w przypadku zasłaniania pola operacyjnego przez rękę, głowę czy też bark chirurga?
50. Czy Zamawiający wymaga, aby lampa wyposażona w osłonę elementów świetlnych wykonaną ze szkła, odporną na wszelkie środki dezynfekcyjne i gwarantująca wysoką przezroczystość przez długi okres użytkowa
51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej lampy satelitarnej w zakresie od 3700-5000ºK? Oferowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego – różnica rzędu 200ºK jest niezauważalna gołym okiem i nie ma żadnego wpływu na skuteczne dobranie odpowiedniej temperatury barwowej przez operatora.
52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa satelitarna wyposażona jest w 39 diod HD-LED (po 13 punktów świetlnych w każdym z 3 paneli)? Jest to rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie natężenia na poziomie 140kLux przy zużyciu energii <50W, dzięki czemu oświetlenie sali operacyjnej jest znacznie bardziej ekonomiczne. Ponadto ilość diod nigdy nie jest czynnikiem determinującym jakość oświetlenia – dzięki innowacyjnej technologii HD-LED oferowany model jest w stanie zapewnić większe natężenie i większą bezcieniowość niż wymagane przez Zamawiającego z mniejszej ilości punktów świetlnych.
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z kamerą HD zamontowaną na stałe asymetrycznie wewnątrz czaszy głównej, a więc nie kompatybilną z innymi lampami? Kamera jest zabudowana w czaszy lampy dzięki czemu jest w pełni zabezpieczona przed uszkodzeniami i łatwiejsza w dezynfekcji. Ponadto dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania regulacja średnicy pola operacyjnego dostępna jest zarówno z poziomu uchwytu sterylizowanego, jak i z panelu sterującego, co nie ogranicza funkcjonalności i nie wymusza na użytkowniku szukania kompromisów, tak jak dzieje się to w opisanym przez Zamawiającego rozwiązaniu (patrz pkt. 42 i wynikający z niego 43).
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z dwoma monitorami, z czego jeden zainstalowany jest na ramieniu zintegrowanym z głowicą lampy, a drugi na oddzielnym ramieniu akcesoryjnym? Jest to rozwiązanie umożliwiające ustawienie monitorów w opozycji do siebie w osi długiej stołu operacyjnego i nie ma żadnego wpływu na zakresy obrotów ramion.
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością rotacji obrazu wyłącznie z poziomu sterownika? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną ze sterownikiem bez dodatkowego pilota bezprzewodowego? Pilot w środowisku Sali operacyjnej nie jest rozwiązaniem korzystnym, gdyż jest trudny w dezynfekcji i łatwo się gubi. Ponadto może powodować zakłócenia z innymi urządzeniami – np. bezprzewodowym pilotem do stołu operacyjnego.
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w kamerę z balansem bieli ręcznym/automatycznym 3000-7500K i wyjściem video (OUTPUT) HD – złącze kompozytowe? Balans bieli w

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

oferowanym zakresie jest w zupełności wystarczający, a złącze kompozytowe to jedno z najpopularniejszych złącz audio-video.

Dotyczy: przedmiot zamówienia. Ad załącznik 5, 6, 7, Gwarancja i serwis.

58. Prosimy o zmianę wymaganego terminu usunięcia usterki na 4 dni robocze od momentu podjęcia naprawy.

Kolumna Anestezjologiczna – 2szt.

59. Czy Zamawiający wymaga głowicy o konstrukcji panelowej, umożliwiającej dowolne konfigurowanie głowicy, w dowolnym czasie, samodzielnie przez użytkownika, bez użycia dodatkowych narzędzi, (z wyłączeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami wyposażenia kolumny) pomiędzy wszystkimi czterema ścianami głowicy.

Kolumna chirurgiczna - laparoskopowa – 2szt.

60. Czy Zamawiający wymaga głowicy o konstrukcji panelowej, umożliwiającej dowolne konfigurowanie głowicy, w dowolnym czasie, samodzielnie przez użytkownika, bez użycia dodatkowych narzędzi, (z wyłączeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami wyposażenia kolumny) pomiędzy wszystkimi czterema ścianami głowicy.
61. Dotyczy pkt. nr 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady ramion znajdują się tylko na froncie półki? Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie i z użytkowego punktu widzenia, w pełni wystarczające.

Lampa operacyjna– 2szt.

62. Dotyczy pkt. nr 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której wgłębność oświetlenia L1-L2, wynosi 60 cm? Powyższa wartość z użytkowego punktu widzenia jest w zupełności wystarczająca.
63. Dotyczy pkt. nr 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której bezcieniowość lampy głównej dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

    1 maska - 76%

    2 maski – 49%

    1 maska na dnie tuby – 70%

    2 maski na dnie tuby – 45%.
64. Dotyczy pkt. nr 30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której wgłębność oświetlenia L1-L2, wynosi 60 cm? Powyższa wartość z użytkowego punktu widzenia jest w zupełności wystarczająca.
65. Dotyczy pkt. nr 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której bezcieniowość lampy głównej dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

    1 maska - 58%

    2 maski – 43%

    1 maska na dnie tuby – 58%

    2 maski na dnie tuby – 43%.
66. Dotyczy pkt. nr 35 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu modułowości ramion? Jest to parametr

charakterystyczny dla jednego producenta lamp operacyjnych.

67. Dotyczy pkt. nr 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której możliwość obrotu ramienia mieści się w zakresie 330□. Ustawienie ograniczenia w powyższym rozwiązaniu w żaden sposób nie wpływa na wygodę użytkowania lampy, a zapobiega nieumyślnemu uszkodzeniu przewodów wewnątrz ramion.
68. Dotyczy pkt. nr 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie kompatybilności oferowanej kamery z lampami opisanymi w postępowaniu. Wymóg kompatybilności z aktualnie posiadanymi lampami umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu, tylko przez jednego producenta kamer.
69. Dotyczy pkt. nr 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kamerę, w której czułość wynosi 12 lux?
70. Dotyczy pkt. nr 50 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kamerę bez pilota bezprzewodowego?
71. Dotyczy pkt. nr 53 tabeli: Czy poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie i dopuszcza sygnał Ful HD 1080i oraz sygnału SD w formacie PAL?

    Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 2 do SIWZ
72. Ad § 3 ust. 3 Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji serwisowych.

    Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna, jest dokumentem poufnym. Proponowany przez Zamawiającego zapis mógłby spowodować, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacją i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie.

    Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

    Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji.
73. Ad § 3 ust. 11 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

    Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (…)

    Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.

    Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c.. Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego, jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. W art. 471 k.c., o następującym

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

brzmieniu: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi", Kodeks przewiduje odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową). Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.

74. Ad § 4 ust. 1Prosimy o zmianę ewentualnego dodatkowego terminu na 5 dni roboczych.
75. Ad § 4 ust. 2 ppkt. 1) Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto sprzętu nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
76. Ad § 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
    Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.
77. Ad § 6 ust. 9 Prosimy o zmianę wymaganego terminu rozpoczęcia naprawy na 48 godzin w dni robocze. Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.
78. Ad § 6 ust. 11 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
    Dostawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu (elementu) wymienić ten podzespół (element) na nowy, o parametrach nie gorszych niż zawarte w SIWZ.
    Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.
    Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać

wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

79. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

80. Pytanie nr 1- dotyczy: **- Załącznik nr 5 – Kolumna anestezjologiczna, punkt 1 tabeli - Załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 1 tabeli. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia kolumn w zawory gazów, jeżeli sposób podłączenia kolumny do instalacji gazów medycznych umożliwia łatwe fizyczne odłączenie kolumny i szczelne zamknięcie rurociągów gazów medycznych wytrzymujące ciśnienie robocze w instalacji na czas długotrwałych prac serwisowych, gdyby takie były ewentualnie potrzebne.**
Uzasadnienie: Zgodnie z punktem 8.3 normy PN-EN ISO 7396-1 określającą wymagania dla instalacji gazów medycznych (wymagania tej normy są obligatoryjne) strefowe zawory odcinające powinny być zainstalowane *„na rurociągu do każdego gazu i próżni, zasilającym każdą salę operacyjną, oddział ogólny i wszystkie inne oddziały"*. Zawory te używane są do celów konserwacyjnych (inaczej mówiąc „serwisowych") i w przypadkach awaryjnych (punkt 8.3.3 normy), a więc spełniają dokładnie taką samą funkcję jak zawory wymagane przez Zamawiającego. Jednak norma bardzo wyraźnie określa, że zawory te powinny być *„umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy i drzwiczki"* (punkt 8.3.4 normy) oraz *„wszystkie skrzynki powinny być umieszczone w normalnym zasięgu rąk i powinny być widoczne oraz dostępne przez cały czas"* (punkt 8.3.7). Zainstalowanie zaworów odcinających na płycie sufitowej kolumny oczywiście jest niedopuszczalne.
Powyżej przywołane zapisy obowiązującej normy nie pozostawiają wątpliwości, że zawory odcinające do celów serwisowych powinny znajdować się w tak zwanych „skrzynkach zaworowych" instalowanych na ścianie przy każdej sali operacyjnej, sali intensywnej terapii, itp.
Skrzynki te wraz ze strefowymi zaworami odcinającymi są integralną i nierozłączną częścią instalacji gazów medycznych, dlatego powinny być wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że pozycja zaworu (otwarty/zamknięty) w skrzynce zaworowej powinna w sposób jednoznaczny określać, czy punkty poboru gazów medycznych w danej strefie zasilania są zasilane czy nie. Dodatkowe zawory zainstalowane na płycie sufitowej kolumny (a więc w miejscu normalnie niewidocznym i niedostępnym dla personelu) mogą wprowadzić użytkowników w błąd: pomimo otwarcia zaworów w skrzynce zaworowej kolumny nadal nie będą zasilane, jeżeli zamknięty będzie dodatkowy „ukryty" zawór zainstalowany na płycie sufitowej. Pociąga to za sobą dodatkowe i całkowicie nieuzasadnione ryzyko.
Zgodnie z punktem 8.1.2 normy PN-EN ISO 7396-1 *„usytuowanie wszystkich zaworów odcinających (…) powinno być ustalone przez wytwórcę w porozumieniu z kierownictwem obiektu ochrony zdrowia, z wykorzystaniem procedury analizy ryzyka zgodnie z ISO 14971"*. Oznacza to, że pod groźbą utraty certyfikatu niedopuszczalne jest instalowanie innych zaworów odcinających niż przewidziane w projekcie instalacji gazów

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

medycznych.
Zainstalowanie dodatkowych, zbędnych, nie wymaganych przez normę zaworów odcinających pomiędzy skrzynkami zaworowymi a gniazdami gazowymi na kolumnach podnosi też w sposób nieuzasadniony cenę oferty. W przypadku tego postępowania jest to koszt zakupu specjalnych zaworów i ich wlutowania do rurociągów gazów medycznych!
Ponadto w odległej przyszłości (za kilka – kilkanaście lat) należy się liczyć z możliwymi usterkami tych zaworów, np. ich rozszczelnieniem. Ich wymiana lub naprawa będzie wtedy wyjątkowo kłopotliwa i kosztowna ze względu na utrudniony dostęp do płyty sufitowej kolumny i ukrytej w przestrzeni nad sufitowej instalacji rurociągowej gazów medycznych.
Wysokie koszty, potencjalne problemy i ryzyka związane z takimi dodatkowymi zaworami oraz niewielkie lub żadne korzyści z ich stosowania powodują, że tego typu zawory nie są zalecane przez renomowanych europejskich producentów kolumn zasilających i instalacji gazów medycznych. Rezygnacja z wymogu ich instalowania leży więc w interesie Zamawiającego.

81. **Pytanie nr 2- dotyczy: załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 2 tabeli**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis „Max. rozpiętość ramion min. 175 cm" oznacza, że kolumna chirurgiczna powinna mieć zasięg min. 175 oraz kolumna laparoskopowa także powinna mieć zasięg min. 175 cm (zasięg kolumny rozumiany jako maksymalna odległość osi obrotu wysięgnika kolumny od osi obrotu głowicy zasilającej kolumny).
Uzasadnienie:
Nieprecyzyjny zapis w opisie parametrów może być interpretowany w ten sposób, że wystarczy zaoferować kolumny o łącznym zasięgu (rozpiętości ramion) min. 175 cm. Warunek taki spełnia np. zestaw składający się z kolumny chirurgicznej o zasięgu 100 cm i kolumny laparoskopowej o zasięgu 75 cm. Taki zestaw byłby oczywiście nieco tańszy, ale jego funkcjonalność byłaby bardzo ograniczona, ponieważ tak mały zasięg nie zapewnia możliwości swobodnego pozycjonowania kolumn wraz z zainstalowaną aparaturą medyczną na sali operacyjnej.

82. **Pytanie nr 3- dotyczy: załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 6 tabeli**

Prosimy o wyjaśnienie, czy użyte przez Zamawiającego sformułowanie „dopuszcza się" oznacza, że jest to parametr wymagany i oferowana kolumna chirurgiczna musi być wyposażona w wysięgnik z ramieniem uchylnym, realizującym ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm.
Uzasadnienie:
Opisana funkcja kolumny chirurgicznej jest oczywiście użyteczna i zwiększa ergonomię pracy na sali operacyjnej, jednak w pewnym stopniu podnosi cenę urządzenia. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert w tym pakiecie jest cena 100%, to należy jednoznacznie określić, czy jest to parametr wymagany. W przeciwnym wypadku Wykonawcy będą zmuszeni zaoferować najtańsze kolumny bez regulacji wysokości, żeby nie obniżać konkurencyjności swoich ofert.

83. **Pytanie nr 4- dotyczy: załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 6 tabeli**

Prosimy o wyjaśnienie, czy kolumna laparoskopowa może być zaoferowana bez regulacji wysokości.

W przeciwnym wypadku, jeżeli kolumna laparoskopowa musi posiadać funkcję regulacji wysokości, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kolumnę laparoskopową zapewniającą możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej, umożliwiającą pełną zmianę wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie 10 sekund.
Uzasadnienie:
Ze względów technicznych nie jest możliwa pełna zmiana wysokości kolumny laparoskopowej z pozycji najniższej do najwyższej w wymaganym czasie 5 sekund.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Ad.1 Tak
Ad.2 Nie
Ad.3. Nie.
Ad.4 Tak.
Ad.5. Nie.
Ad.6 Tak.
Ad.7 Nie.
Ad.8. Nie.
Ad.9. Nie.
Ad.10. Tak o ile Wykonawca dostarczy wraz z lampą przelotkę DVI-HDMI
Ad.11. Nie.
Ad. 12. Nie.
Ad. 13. Nie.
Ad. 14. Nie.
Ad. 15 Nie.
Ad. 16 Tak.
Ad. 17. Nie.
Ad. 18. Do urządzenia (komputera) rejestratora Video
Ad. 19. Kamera musi zawierać transmisje w obu systemach.
Ad. 20. Tak.
Ad. 21. Kamera musi mieć możliwość wysyłania sygnału tak w HD jak i w SD.
Ad. 22. Nie.
Ad. 23. Nie.
Ad. 24. Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad. 25. Nie.
Ad. 26. Tak.
Ad. 27. Nie.
Ad. 28. Nie.
Ad.29. Nie.
Ad.30.Nie.
Ad.31.Nie.
Ad.32.Nie.
Ad.33. Tak.
Ad.34. Nie.
Ad.35.Tak.
Ad.36.Nie.
Ad.37.Nie.
Ad.38.Nie.
Ad.39.Tak.
Ad.40.Tak.
Ad.41.Tak.
Ad.42.Nie.
Ad.43.Tak.
Ad.44.Nie.
Ad.45.Tak.
Ad.46.Nie.
Ad.47.Nie.
Ad.48.Tak.
Ad.49.Nie.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Ad.50.Nie.
Ad.51.Tak.
Ad.52.Nie.
Ad.53.Nie.
Ad.54.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.55.Nie.
Ad.56.Nie.
Ad.57.NIE jeśli nie ma dodatkowego wyjścia cyfrowego DVI/HDMI
Ad.58.Nie.
Ad.59.Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.60.Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.61. Tak.
Ad.62. Tak.
Ad.63.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.64.Tak.
Ad.65.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.66.Tak.
Ad.67.Nie.
Ad.68.Tak.
Ad.69. Tak.
Ad.70. Nie.
Ad.71.Tak.
Ad.72.Nie.
Ad.73.Nie.
Ad.74.Nie.
Ad.75.Nie.
Ad.76. Dopuszczamy.
Ad.77.Dopuszczamy.
Ad.78.Tak, Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Ad.79. Potwierdzamy, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które są wymieniane w związku z realizacja procedur medycznych (typu czujniki, filtry, żarówki itp.)
Ad.80.Zamawiający nie zrezygnuje z wyposażenia kolumn w zawory gazów medycznych.
Ad.81.Tak.
Ad.82.Nie wymagamy, dopuszczamy jako rozwiązanie alternatywne.
Ad.83.Nie wymagamy, dopuszczamy jako rozwiązanie alternatywne.

Z poważaniem