"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 08.12.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy na potrzeby „Pro Medica „ w Ełku Sp. z o. o. (Znak sprawy: 5753/2014)

W imieniu „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

1. Jakiej minimalnej wydajności pracy aparatu oczekuje Zamawiający?
Ad.1 Minimum 100 oznaczeń/h
2. Czy oferowane odczynniki mają być oryginalne i pochodzić od producenta analizatora?
Ad 2. Tak.
3. Czy obok klasycznej metody Claussa do wykonywania Fibrynogenu Zamawiający również oczekuje metody wyliczania fibrynogenu z PT?
Ad 3. Tak.
4. Czy badanie CITO powinno być możliwe do wstawienia w każdej pozycji próbkowej?
Ad 4. Tak.
5. Czy poprzez czytnik wewnętrzny do próbek Zamawiający rozumie czytnik umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (statywie) materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego przykładania do okienka czytającego czytnika przez Operatora?
Ad 5. Tak.
6. Czy zapis "Ilość odczynników musi być tak skalkulowana aby przez cały czas trwania umowy odczynniki były dostępne z odpowiednim terminem ważności" należy rozumieć, że nawet w przypadku małej ilości wykonywanych badań (np Fib i AT) ilość oferowanych opakowań musi zapewnić, by w ciągu całego okresu trwania umowy powinien być dostępny odczynnik roboczy (bez konieczności dzielenia i porcjowania fiolek)?
Ad 6. Tak, dopuszcza dzielenie i porcjowanie (mrożenie) jeśli producent dopuszcza taka mozliwość (wpis w ulotce)

Z poważaniem:

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl