

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 20.04.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby „Pro Medica” w Elku Sp. z o. o. **(Znak postępowania: 1751/2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny główny - używany, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją?
Ad. 1. Tak.
2. Czy Zamawiający zezwala, aby analizator główny posiadał liniowość dla WBC w opcji CDR od 0 do 360 tys/ul a dla PLT w opcji CDR od 0 do 3800 tys /ul natomiast pomocniczy dla WBC od 0 do 120 tys/ul a dla PLT od 0 do 1900 tys/ul ?
Ad. 2. Tak.
3. Czy Zamawiający wymaga, aby oba analizatory nie posiadały zewnętrznego kompresora?
Ad. 3. Tak.
4. Czy Zamawiający wymaga, aby ocena niedojrzałych komórek w obu analizatorach obejmowała równocześnie populację młodych limfocytów, monocytów i granulocytów i była raportowana na wyniku pacjenta w wartościach # oraz % ?
Ad. 4. Tak.
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do obu analizatorów były pozbawione silnych substancji toksycznych, takich jak glikol etylenowy i metanol?
Ad. 5. Dopuszcza.
6. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie na analizatorze głównym było w języku polskim?
Ad. 6. Dopuszcza.

Z poważaniem