

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 20.04.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby „Pro Medica” w Elkku Sp. z o. o. **(Znak postępowania: 1751/2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Tabela: Wymagane parametry:

1) Punkty: 1, 2, 6, 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch identycznych, a więc pracujących na tych samych odczynnikach analizatorów 24-parametrowych, oba z podajnikiem na 20 próbek bez możliwości dostawiania próbek w trakcie pracy, wydajność 60 próbek na godzinę, oba używane, po przeglądach technicznych? Wykonawca wskazuje, iż zapewni to Zamawiającemu sumarycznie podobną wydajność i płynność pracy. Ponadto analizatory mają znacznie wyższe zakresy liniowości niż Zamawiający wymaga - ograniczy to liczbę rozmazów manualnych i sytuacji konieczności rozcieńczania próbek, więc realnie zmniejszy czas pracy użytkownika.

Ad. 1. Nie.

2) Punkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby opakowania odczynników zawierających materiały niebezpieczne opatrzone były piktogramami zagrożeń, które są zgodne z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów?

Ad. 2. Tak.

3) Punkt 15: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy – kolumna 3 i 4, Zamawiający wymaga podania informacji o ilości badań z jednego opakowania i ilości opakowań wystarczającą na wykonanie wymaganej ilości oznaczeń.

Wykonawca wskazuje, iż w trakcie pracy analizatora poszczególne odczynniki zużywane są jednak w różnym stopniu, nie tylko do wykonania oznaczenia lub badania kontrolnego, lecz również w momencie włączania, wyłączania i płukania analizatora oraz podczas czynności serwisowych .

Czy Zamawiający uwzględniając powyższe dopuści skalkulowanie ilości opakowań w taki sposób, aby wystarczały one na wykonanie określonej ilości oznaczeń i czynności konserwacyjnych, czyli w ilości w niektórych przypadkach przekraczającej ilość uzyskaną w prostej kalkulacji np. 122 000 badań/ ilość oznaczeń z opakowania deklarowany przez producenta?

Ad. 3. Należy skalkulować ilość opakowań uwzględniając ilości badań, kontroli i czynności konserwacyjnych.

4) Punkt 23: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie niniejszego punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl”.

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Ad. 4. Zgodnie z umową krew kontrolna nie wymaga ważności 6 miesięcy, ale ilości skalkulowanej wg ważności.

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 5a:

5) §3 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Ad. 5. Nie.

6) §4 ust. 1: Prosimy o odpowiednią modyfikację postanowienia zawartego w niniejszym paragrafie poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Sprzedającego faktury VAT” wyrażeniem „w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Jeżeli Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Kupującego”.

Wykonawca wskazuje, iż dotychczasowy zapis powoduje, że niemożliwe jest bezpośrednio ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Ad. 6. Nie.

7) §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Ad. 7. Nie.

8) §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Sprzedawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca wskazuje, iż w stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub da stosowne zabezpieczenie.

Ad. 8. Nie.

9) §5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie niniejszego punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl”.

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Ad. 9. Zgodnie z umową krew kontrolna nie wymaga ważności 6 miesięcy, termin jej ważności wynosi do 3 miesięcy.

10) §6 ust. 1: Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania wielkości zamówienia w trakcie realizacji umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie wielkości zamówienia w trakcie realizacji umowy nie przekroczy 20%”.

Ad. 10. Nie.

11) §7: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §1 niniejszej umowy”.

Ad. 11. Nie.

12) §8 ust. 1 pkt. a) i b): Prosimy o modyfikację niniejszych postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto zamiast brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu SIWZ, Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia, ust. 2 a) i b).

Ad. 12, Nie.

13) §8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umową w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący”.

Ad. 13. Nie.

14)§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §1 niniejszej umowy".

Ad. 14. Nie.

15) §8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Ad. 15. Nie.

16) §9 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Ad. 16. Nie.

17) §10 ust. 3: Prosimy o zastąpienie słowa „załatwiona” zwrotem „rozpatrzona” lub „zrealizowana”.

Ad. 17. Nie.

II. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy dzierżawy– Załącznik nr 5b:

18) §3 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia wzoru umowy zapisem w brzmieniu:
„zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatorów”.

Ad. 18) Nie.

19)§3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Najemcy na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Najemca”.

Ad. 19. Nie.



"Pro-Medica" w Elkku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
fax 87 621-96-33
e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

20) §6 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie zdania pierwszego postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do obowiązywania umowy na dostawy odczynników”.

Ad. 20. Nie.

Z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
lecniczącą nr 000000015229



ZARZĄD: Prezes - Andrzej Bujnowski, Członek Zarządu - Janusz Roszkowski



REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
19 775 000,00 PLN