

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 02.05.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w Elku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 1818/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiet Nr 59 poz. 2, poz. 3** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiami PTG dotyczącymi standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający w **Pakiet Nr 59 poz. 2** miał na myśli szczoteczki typu „Combi” o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, które umożliwiają pobranie zwiększonej ilości komórek z kanału szyjki macicy?

Odpowiedź: Tak

Pakiet Nr 10

3. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1

4. Czy Zamawiający dopuści: Iglą kątową do vascuportu bez linii infuzyjną rozmiar 22 G x 25 mm

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 3

5. Czy Zamawiający dopuści: Iglą kątową do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 15 mm

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5

6. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 12,1mm w kształcie Delfy ułatwiający umieszczenie w kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, przewodnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 8

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5

7. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 12,1mm w kształcie Deltę ułatwiający umieszczenie w kieszonce podskórnej z trzema otworami do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 8

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5

8. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 10,1mm w kształcie Deltę ułatwiający umieszczenie w kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 7

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5

9. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 10,1mm w kształcie Deltę ułatwiający umieszczenie w kieszonce podskórnej z trzema otworami do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 7

Odpowiedź: Nie

Pakiet nr 3, poz. 4-8:

10. Czy Zamawiający dopuści długość 60cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 7, poz. 1-8:

11. Czy Zamawiający wymaga typ szlifu igły LB/BL (długościęty), który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu??

Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.

12. Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruki w kolorze rozmiaru igły zgodne z kodami kolorystycznymi ISO, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?

Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.

13. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a' 100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?

Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.

Pakiet nr 70 poz. 1

14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG z żelom stałym, z Ag/AgCl, na bazie gąbki PE z podłużnym wycięciem służącym do umocowania przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG, bez przecięcia boków elektrody co zapobiega rozrywaniu elektrody (jest to rozwiązanie równoważne do języczka do mocowania kabla), o rozmiarze 40 mm x 55 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody z żelom stałym. Nastąpiła omyłka pisarska – wykreślone zostają wyrazy „ na bazie gąbki „

Pakiet nr 70 poz. 2

15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG do prób wysiłkowych z żelazem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o rozmiarze 42 mm x 45 mm (okrągła o średnicy 42 mm, średnica z języczkiem ułatwiającym odklejenie – 45 mm).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pakiet nr 70 poz. 2

16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG do prób wysiłkowych z żelazem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o rozmiarze 44 mm x 30 mm (prostokątna).

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 70 poz. 1, 2, 6, 8

17. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowań = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 70 poz. 1, 2, 6, 8

18. Jeśli Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny opakowań, zwracamy się wówczas z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pakiet nr 70 poz. 6

19. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG pediatrycznych z gąbka i żelazem o średnicy ok. 25,7 mm, w kształcie kwiatka.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 70 poz. 6

20. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG pediatrycznych z gąbka i żelazem o średnicy 30 mm, okrągłej.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pakiet nr 70 poz. 7

21. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do EKG noworodkowych z hydrożelom, o kształcie kwadratowym z zaokrąglonymi brzegami, o wymiarach 23 x 23 mm, na włókninie perforowanej, złącze bananowe typu K 1,5 mm, na kabelku 50 cm, kabelki w kolorach czerwonym, żółtym i czarnym, do średnio i długookresowego monitorowania, z możliwością przeklejenia, niewidoczne w RTG, 1 komplet = 3 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 70 poz. 9

22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji oczekuje elektrody wyposażonej w tarkę służącą do przygotowania naskórka.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 3

23. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG FC-1400 z siatką o rozmiarze 215 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 45 rolek (o dł. 20 m). Papier o rozm. 215 mm x 20 m jest przeznaczony do aparatów KTG FC-1400.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 3

24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG FC-1400 z siatką o rozmiarze 215 mm x 15 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 rolek (o dł. 15 m). Papier o rozm. 215 mm x 15 m jest przeznaczony do aparatów KTG FC-1400.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 6

25. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG Cardiette AR 1200 o rozmiarze 120 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 34 rolki (o dł. 30 m).

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 12

26. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termicznego do drukarki do audiometru AT235 o rozm. 110 mm x 20 m, bez nadruku, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 34 rolki (o dł. 20 m).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 18

27. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12/15 o rozmiarze 107 mm x 23.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 22

28. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź: Nie

Pakiet nr 63 poz. 22

29. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: W/w pozycja jest niedopuszczona

Pakiet nr 63 poz. 23

30. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź: Nie

Pakiet nr 63 poz. 24

31. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: Gładki

Projekt umowy – par. 2 ust. 6

32. Prosimy o wykreślenie par. 2 ust. 6 z Projektu umowy. Proponowany zapis stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy

Projekt umowy – par. 2 ust. 7, 8

33. W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 7 i 8 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Nie

Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. a)

34. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 5 ust. 3 lit. a) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,1% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 1% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany". Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteście dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się

z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź: Nie

Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. b)

35. Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §5 ust. 3 lit. b) z 5% do 2% wartości niezrealizowanej części umowy.

Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.

Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odpowiedź: Nie

Projekt umowy - §6 ust. 2

36. Prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.

Projekt umowy - §8 ust. 1

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).

Odpowiedź: Nie

Pakiet 27 CPV 33172000-6

37. Pozycja nr 1 - prosimy o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego, elektrostatycznego, o przestrzeni martwej 45ml

Odpowiedź: Nie

38. Pozycja nr 2 - prosimy o dopuszczenie filtra antywirusowego, antibakteryjnego z poliuretanowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, o objętości wewnętrznej 45ml, sterylne

Odpowiedź: Tak

39. Pozycja nr 3 - prosimy o dopuszczenie poliuretanowego wymiennika ciepła i wilgoci, sztuczny nos z portem O2, sterylne

Odpowiedź: Tak

Pakiet 41 CPV 33100000-1

40. Pozycja nr 1, 2, 3 - prosimy o dopuszczenie zamknięty system odsysania dróg oddechowych o długości 54cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pakiet 52; Poz. 1, 2

41. Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie

Pakiet 12A

42. Czy zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem 90cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr. 13 poz. 3 (Igły do vascuportu).

43. Prosimy o dopuszczenie igły kątowej do vasuportu **krótszej o 2 mm - t.j w rozmiarze 20G (jak w SIWZ) i dł. 15mm (w miejsce 17mm.).**


Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej oferty na sprzęt – igły do vasuportu znanego (europejskiego) Producenta.

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr. 13 poz. 5 (Port)

44. Prosimy o dopuszczenie do postępowania – a tym samym zwiększenia „ wolnej konkurencji „ celem uzyskania jak najkorzystniejszego bilansu ekonomicznego (przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów jakościowych) – portów do naczyń europejskiego Producenta (kraj – FRANCJA) z pełnym zestawem do implantacji jako całość.

Parametry portów :obudowa , komora i kołnierz : **CZYSTY TYTAN**- wysokość obudowy i komory : **11mm**- kształt : **OWAL**- średnica membrany silikonowej do nakłuc : **13mm**- średnica podstawy : **24mm**- ilość otworów do stabilizacji portu : **4** - waga : **10,5g****Parametry cewnika** :- materiał : **silikon**- średnica (wew. /zew.) : **1,1mm / 2,2mm** - długość : **60cm (z podziałką na cewniku)**



PEŁNY ZESTAW DO IMPLANTACJI :

Igła do nakłucia **ZAKOŃCZONA systemem BLS (Blood Less System)**- t.j systemem zapobiegającym **WYPŁYWOWI KRWI PODCZAS WPROWADZANIA PROWADNIKA**

Igła prosta typ Huber – a rozm. 22G (0,7mm) dł. 25mm

Igła typ Hubsite rozmiar 20G (0,9mm) dł. 20mm z drenem przedłużającym dł. 20cm

Igła do tunelizacji – dł. 26 cm

Prowadnik nitinolowy w podajniku zapewniającym płynne i szybkie wysuwanie i wprowadzanie.

Rozszerzacz - typ rozrywalna Desillet

Łącznik do połączenia portu z cewnikiem - x 2

Przyrząd do unoszenia żył

Przyrząd do aspiracji (nasadka na strzykawkę podłączana do końcówki cewnika) i płukania cewnika

Strzykawka 10ml

Odpowiedź: Nie

Pakiet nr. 14 poz. 3 i 4

45. Prosimy o dopuszczenie igieł dołędźwiowych w rozmiarze :

- dla pozycji 3 - igłę w rozmiarze 0,7 x 50mm (w miejsce rozmiaru 0,7 x 40mm)

- dla pozycji 4 – igłę w rozmiarze 0,7 x 90mm (w miejsce rozmiaru 0,8 x 90mm)

Odpowiedź: Nie



"Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

www.promedica.elk.com.pl

Pakiet nr. 33 poz. 2

46. Prosimy o dopuszczenie systemu bezigłowego z dwiema zastawkami bezzwrotnymi , drenikiem Y , do stosowania do 7 dni lub powyżej 200 aktywacji , o długości całkowitej 14cm , z płaską membraną silikonową.

Odpowiedź: Tak

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
lecniczącą nr 000000015229



ZARZĄD: Prezes - Andrzej Bujnowski, Członek Zarządu - Janusz Roszkowski

REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
19 775 000,00 PLN