

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 28.04.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w Elku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 1818/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### Pakiet 71

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie igieł posiadających blokadę po całkowitym wysunięciu ostrza, średnica ostrza 23-25G, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
Ad. 1. Tak.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 71 wymaga bezwzględnie zaoferowania znacznika od strony dwunastnicy.  
Ad. 2. Tak, dopuszcza.
3. Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 71 dopuści zaoferowanie protez o długości 5,7,9,10,12 cm.  
Ad. 3. Tak.
4. Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 71 wymaga zaoferowania protez ze znacznikami na granicy pętli i części prostej i pośrodku części prostej.  
Ad. 4. Dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z możliwością obrotu w zakresie „godzina 11-12”, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
Ad. 5. Tak.
6. Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie cewnika o długości 195 cm, o średnicy 2,2 mm (6,5F), pozostałe parametry zgodne z opisem.  
Ad. 6. Tak.
7. Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości 195 cm, średnica kateteru 6F, średnica końcówki 4,5F, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
Ad. 7. Dopuszcza.
8. Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie przewodnika z końcówką o długości 5 cm dla średnicy 0,025” i długości 7 cm dla średnicy 0,035”, końcówka cieniująca radiologicznie na całej długości dla pomiaru odległości, usztywniony dla średnicy 0,025”, sztywność standardowa i usztywniona dla średnicy 0,025”, jak dotychczas stosowane, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
Ad. 8. Tak

### Pakiet 68

- 9) . Czy zamawiający w pozycji 1 pakietu 68 dopuści zaoferowanie szczypiec z pojedynczymi otworami w szczękach, pokryte tworzywem redukującym tarcie, średnica szczęk 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm,

długość 120, 160 i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 9. Nie dopuszczamy.

10. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie petli 15, 25 i 32 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 10. Nie.

11) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie petli z siatka trójwymiarowa do usuwania polipów i ciał obcych o długości 230cm, średnica pętli 25 mm i 50 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 11. Nie.

#### **Dot. Pełnomocnictwa**

12) W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Ad. 12. Tak.

#### **13) Dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy przez dopisanie, „..... z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania”.

Ad. 13. Nie.

#### **14) Dot. § 5 ust. 3a wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia w/w paragrafu i obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego.

Uważamy, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron ( wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).

Ad. 14. Nie.

#### **15) Dot. § 5 ust. 3b wzoru umowy**

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

16) Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Ad. 15. Nie.

#### **Pakiet 64**

17) Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki o określonej przez producenta pojemności 5 ml (wym. Ø12x75mm)?

Ad. 17. Tak.

18) Poz. 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki o określonej przez producenta pojemności 10 ml (wym. Ø16x100mm)?

Ad. 18. Tak.

19) Poz. 5 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga próbek z PP czy z PS?

Ad. 19. PS.

20) Poz. 6 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga próbek okrągłodennych czy stożkowych oraz z PP czy z PS?

Ad. 20. PS.

21) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Ad. 21. Nie.

22. Czy Zamawiający w pozycjach 2 i 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach całkowitych:

Dla pozycji 2 – 32 cm

Dla pozycji 3 - 28 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Ad. 22 Nie.

23) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 1 zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii CH 20. Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą pull, wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej 6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem RTG?

Ad. 23. Nie dopuszczamy.

24) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 2 zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej CH 8/120 cm, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką ENLock?

Ad. 24. Dopuszczamy.

25) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 3 zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej CH 12/120 cm, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką ENLock?

Adf. 25. Dopuszczamy.

26) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 4 zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika wykonany z silikonu, rozmiar CH 15? Stosowany do wymiany PEG bez wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.

Ad. 26. Nie dopuści.

27) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 5 zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika wykonany z silikonu, rozmiar CH 15? Stosowany do wymiany PEG bez wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.

Ad. 27. Nie dopuści.

28) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 6 zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika wykonany z silikonu, rozmiar CH 15? Stosowany do wymiany PEG bez wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.

Ad. 28. Nie dopuści.

29) **Załącznik nr 8**, Zadanie nr 11 Ostrza chirurgiczne

Poz 1-12

Numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli na jednostkowym opakowaniu jest obraz ostrza wraz z numerem (rozmiarem) a bezpośrednio na ostrzu jest wygrawerowany numer ostrza (rozmiar).

W oferowanych ostrzach numer jest jednocześnie jego nazwą

Ad. 29. Nie.

**30) Pakiet 52**

Prosimy o podanie oczekiwanej ilości akcesoriów.

Ad. 30. Na dzień dzisiejszy oczekiwana ilość z pakietu 52 pkt 1 i 2 to 6-8 szt, natomiast pkt 3 oczekiwana ilość 10-15 szt.

**31) Pakiet nr 27, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatycznego, o objętości wewnętrznej 55ml - większej jedynie o 2 ml od wymaganej, sterylnego. Zamawiający zna i z powodzeniem stosował proponowany przez nas filtr oddechowy.

Ad. 31. Dopuści.

**32) Pakiet nr 58, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, żeby bezigłowy przyrząd do fiolek o średnicy 20mm był zapakowany w jednym blistrze razem z konwerterem do fiolek o średnicy 13mm?

Ad. 32. Tak.

33. Czy Zamawiający wymaga, żeby wyrównywanie ciśnień wewnątrz fiołki odbywało się poprzez podwójny system filtrów – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiołki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiołki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) w bezigłowym przyrządzie do fiolek o średnicy 20 mm?

Ad. 33. Tak.

**34. Pytanie 1 pakiet 68**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 2 i dopuści:

**Poz. 1**

Jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem ściągaczy umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; pojedyncze otwory w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego

znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm; długość 120, 180 i 230cm (pancerz szczypiec różnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z markerami (czarne lub białe) które sygnalizują moment wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, do kanału roboczego 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm.

Ad. 34. Dopuszczamy.

### 35) Poz. 2

Jednorazowe pętle do polipektomii wykonane z plecionego, średniogiętkiego drutu, owalne, wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; średnica pętli 15, 20, 24, 36mm, długość robocza 230cm; do kanału roboczego 2.8 mm i 3,2 mm.

Ad. 35. Nie.

Ad. 34; 35 : Nie pozwoli złożyć osobnej oferty na pozycję 1, 2 w Pakiecie 68

### 36) Pytanie 2 pakiet 73

Ad. 36. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczoteczki cytologiczne, dł. robocza 1200mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 36. Dopuszczamy.

### 37) Pytanie 1 pakiet 75

Czy Zamawiający w pakiecie nr 75 w pozycji 2 wymaga stentów do dróg żółciowych w ilości 2 szt.

Ad. 37. Na dzień dzisiejszy przewidujemy 1-2 szt.