

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 02.05..2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w Elku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 1818/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

- Dotyczy zad. 1 poz. 1-8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniul o poniższych rozmiarach:
24G 0,7x19mm
Odpowiedź: Tak
22G 0,9x25mm
Odpowiedź: Nie
20G 1,1x32mm
Odpowiedź: Nie
18G 1,3x45mm
Odpowiedź: Tak
17G 1,5x45mm
Odpowiedź: Tak
16G 1,7x45mm
Odpowiedź: Nie
- Dotyczy zad. 1 poz. 9
Czy zamawiający dopuści kaniule 24G 0,7x19 przepływ 23 ml/min bez dostępu do iniekcji , ze stałą poprzeczką umieszczoną prostopadle do „skrzydełek”?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
- Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co umożliwi identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?
Odpowiedź: Dopuszcza.
- Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów co będzie umieszczone na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu?
Odpowiedź: Dopuszcza.
- Dotyczy zad. 3 poz. 4-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?
Odpowiedź: Dopuszcza.

6. Dotyczy zad. 3 poz. 1-8
Czy Zamawiający wymaga cewników posiadających powierzchnię „zmrożoną”?
Odpowiedź: Dopuszcza.
7. Dotyczy zad. 4 poz. 2-5
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawkі posiadały przedłużoną skalę odpowiednio:
2ml – 3ml
5ml – 6ml
10ml – 12ml
20ml – 24ml
która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawkę do pośrednich objętości?
Odpowiedź: Dopuszcza.
8. Dotyczy zad. 4 poz. 2-5
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawkі posiadały kolorystyczne oznaczenie w zależności od pojemności strzykawkі oraz informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawkі?
Odpowiedź: Dopuszcza.
9. Dotyczy zad. 4 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z podwójną skalą pomiarową co znacznie ułatwia wizualizację znajdującego się w strzykawce płynu podczas jej użytkowania?
Odpowiedź: Dopuszcza.
10. Dotyczy zad. 6 poz. 6,7
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Dopuszcza
11. Dotyczy zad. 6 poz. 1-7
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)
Odpowiedź: Dopuszcza
12. Dotyczy zad. 10 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak
13. Dotyczy zad. 15 poz. 5-9
Czy Zamawiający dopuści dreny o długości ramion 50x20 cm?
Odpowiedź: Tak
14. Dotyczy zad. 15 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści dreny CH 9 w miejsce drenu CH 10?
Odpowiedź: Tak
15. Dotyczy zad. 15 poz. 7,8
Czy Zamawiający dopuści dreny CH 15 w miejsce drenu CH 14 i CH16?
Odpowiedź: Tak

16. Dotyczy zad. 56 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści worki do ochrony przed światłem bez paska klejącego?

Odpowiedź: Dopuszcza

17. Dotyczy zad. 60 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości min. 210 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

18. Dotyczy zad. 61 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 25cm x 5cm

Odpowiedź: Tak

19. Dotyczy zad. 61 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 23cm x 1,3cm

Odpowiedź: Tak

20. Dotyczy zad. 62 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 7ml?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 2 poz. 1

21. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak

22. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia, iż produkt jest bez ftalanów na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak

23. Czy Zamawiający wymaga opakowania jednostkowego z napisami w kolorze niebieskim w celu rozróżnienia wykorzystania produktu?

Odpowiedź: Tak

24. Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie

Pakiet 8 poz. 1, 2, 3

25. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 59 poz. 1

26. Czy Zamawiający wymaga opakowania folia-papier?

Odpowiedź: Wymagamy

Dotyczy pakietu 12



"Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

www.promedica.elk.com.pl

27. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę w rozmiarze 26G x 120mm z dołączoną, dopasowaną igłą prowadzącą 20G x 35mm, spełniającą pozostałe wymogi określone w specyfikacji?

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu 12A

28. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego posiadający strzykawkę niskooporową bez mechanizmu sprężynowego, spełniający pozostałe wymogi określone w specyfikacji?

Odpowiedź: Nie