Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

L.p	Opis	Ilość szt/kpl/pary
	Pakiet 1 – Obłożenie pola operacyjnego	
1	Zestaw „ uniwersalny" wykonany wykonany się z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, laminowany folią PE na całej na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocniona o gramaturze 85 – 110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik do narzędzi 140 cm x 190 cm (+/- 10%) - 1 obłożenie stolika Mayo (złożone teleskopowo) 80 cm x 145 cm (+/- 10%) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm (+/- 10%) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200cm x 175 cm (+/- 10%) - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm (+/- 10%) - 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 4 ręczniki celulozowe Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795.	520
2	Zestaw do cięcia cesarskiego z workiem zbierającym płyn, wzmocniony dla zabiegów wykonanych w ułożeniu pacjentki na plecach, wykonany wykonany się z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, laminowany folią PE na całej na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocniona o gramaturze 85 – 110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 cm x 190 cm (+/- 10%) - 1 obłożenie stolika Mayo (złożone teleskopowo) 80 cm x 145 cm (+/- 10%) - 1 serweta do cięcia cesarskiego o wymiarze 315 cm x 250 cm z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem rozmiar 28 cm x 19 cm (+/- 10%) bez oklejenia na całej powierzchni - 1 serweta dla noworodka 90 cm x100 cm (+/- 10%) - 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 4 ręczniki celulozowe Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795.	1250
3	Zestaw do operacji artroskopii stawu kolanowego wykonany wykonany się z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, laminowany folią PE na całej na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocniona o gramaturze 85 – 110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład którego wchodzi: - 1 na stolik narzędziowy 100 cm x 150 cm (+/- 10%) - 1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o Ø7 cm rozmiar 200 cm x 300 cm (+/- 10%) - 1 serweta na stolik Mayo (złożone teleskopowo) 80 cm x 145 cm (+/- 10%) - 1 osłona na kończynę 33 cm x 55 cm (+/- 10%) - 3 taśmy samoprzylepne 10 cm x 50 cm - 1 osłona na kamerę 13 cm x 250 cm Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795.	155
4	Zestaw do chirurgii odbytnicy wzmocniony, wykonany wykonany się z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, laminowany folią PE na całej na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocniona o gramaturze 85 – 110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 cm x 190 cm (+/- 10%) - 1 obłożenie stolika Mayo (złożone teleskopowo) 80 cm x 145 cm (+/- 10%) - 1 serweta do chirurgii odbytnicy 300 cm x 250cm (okna 28 cm x 32 cm i 15 cm x 12 cm) - 1 taśma samoprzylepne 10 cm x 50 cm - 1 serweta operacyjna 75 cm x 90 cm (+/- 10%) - 4 ręczniki celulozowe - 2 uchwyty typu VELCRO - 2 cm x 23 cm Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795.	90
	Pakiet 2 – koszula położnicza	
1	Koszula położnicza j.uż operacyjna wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Wiązana pod szyją i w pasie. Rozm. L,XL,XXL.	1000