Załącznik nr 10 dot Pakietu nr 2

Parametry analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości

Lp.	**Nazwa produktu/ Parametr wymagany**	***Odpowiedź TAK/NIE.***	
1	Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).	***TAK***	
2	Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości	***TAK***	
3	Czytnik kodów kreskowych	***TAK***	
4	Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.	***TAK***	
5	Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R)	***TAK***	
6	Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.	***TAK***	
7	Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego.	***TAK***	
8	Oprogramowanie graficzne w systemie WINDOWS (XP lub wyższy).	***TAK***	
9	Kolometryczna metoda identyfikacji.	***TAK***	
10	System składający się z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera:min. 2 rdzeniowy procesor, min. 2GB RAM,dysk min.250 GB, monitora LCD o przekątnej min. 19", drukarki laserowej:min:20 sztr/min,obciążalność miesięczna min. 1500 stron,dupleks,moduł sieciowy Ethernet(model do uzgodnienia) oraz UPS umożliwiającego podtrzymanie zasilania komputera i analizatora przez min. 30 minut.	***TAK***	
11	Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST	***TAK***	
12	Archiwzacjia danych na nośniku zewnętrznym. Podać.	***TAK***	
13	Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne.	***TAK***	
14	Identyfikacja następujących drobnoustrojów:	***TAK***	
	- Gram - ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neiseria Haemophilus - Drożdżaków	***TAK***	
15	Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków	***TAK***	
16	Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae.	***TAK***	
17	Identyfikacja mechanizmów w oporności bakterii jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA. KPC	***TAK***	
18	Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane.	***TAK***	
19	System analityczny umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.	***TAK***	
20	Integracja z istniejącym systemem laboratoryjnym LIS firmy ATD SOFTWARE.	***TAK***	
21	Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM lub innym nośniku.	***TAK***	
22	Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) **Wpisać**		

<u>Niespełnienie któregoś z w/w parametrów, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.</u>