

**Parametry graniczne
dla analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – 1szt.**

Analizator :

Przedmiot Zamówienia
(Oferowane - nie opcje)

Producent/Firma.....

Urządzenie typ.....

Rok produkcji.....

Lp.	Parametr / Warunek	Warunek Graniczny	Oferowane parametry – podać (opisać)*
1.	Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy ,	Tak	
2.	Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu	Tak	
3.	Ilość miejsc w aparacie min 60 max 100.	Tak	
4.	Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych- potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011	Tak	
5.	Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych	Tak	
6.	Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób- tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób- tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu)	Tak	
7.	Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta	Tak	
8.	Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu	Tak	
9.	Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego	Tak	
10.	Wizualna, jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym na podstawie zmiany zabarwienia czujnika /sensora	Tak	
11.	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim	Tak	
12.	Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża	Tak	
13.	Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta	Tak	
14.	Adres najbliższego punktu serwisowego, nr telefonu lub fax.	Podać	
15.	Przydatność butelek do użytkowania- minimum 6 miesięcy.	Tak	
16.	Aparat do pracy na stole o max wymiarach szer. 55 cm, głębokość 65 cm, wys. 80 cm.	Tak	
18.	Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez	Tak	

	Użytkownika a nie aparat		
19.	Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii.	Tak	
21.	Aktualizacja oprogramowania.	Tak	
22.	Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego.	Tak	
25.	Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu.	Tak	

* wypełnia Wykonawca

Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy