

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 18.09.2017 r.

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulenia z monitorem” na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 4400/2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. **Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, par. 5 ust. 2.2** - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

**Odpowiedź: Nie.**

2. **Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, par. 5 ust. 2.3 oraz 2.5** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź: Tak. Modyfikacja projektu umowy.**

3. **Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, par. 6** - W naszej opinii zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad oraz 10% w przypadku rozwiązania / odstąpienia od umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Nie.**



"Pro-Medica" w Elk Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

fax 87 621-96-33

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

4. **Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, par. 6 ust. 4** – Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu ze wzoru umowy. Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

**Odpowiedź: Nie.**

**Z poważaniem**