

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /18

Data: 19.01.2018 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego przez okres 24 miesięcy** na potrzeby „Pro- Medica” w Elkku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 160/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści jednorazową, bezprzewodową rękojeść noża ultradźwiękowego, dł. ramienia 39 lub 48cm, śr. 5mm, z jednym przyciskiem aktywującym dwie prędkości (min i max). Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy? Zamiast dzierżawy przetwornika, o którym mowa w poz.5 wykonawca zapewnia odpowiednią ilość sterylnych jednorazowych zestawów bezprzewodowych na czas podpisanego kontraktu w cenie końcówki (bateria + przetwornik). Nie wymaga dodatkowego przetwornika (przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści jednorazową, bezprzewodową rękojeść noża ultradźwiękowego, dł. ramienia 13cm, śr. 5mm, z jednym przyciskiem aktywującym dwie prędkości (min i max). Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy? Zamiast dzierżawy przetwornika, o którym mowa w poz.5 wykonawca zapewnia odpowiednią ilość sterylnych jednorazowych zestawów bezprzewodowych na czas podpisanego kontraktu w cenie końcówki (bateria + przetwornik). Nie wymaga dodatkowego przetwornika (przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 3

Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści jednorazową rękojeść do zamykania i rozdzielania naczyń o średnicy

do 7mm włącznie, opartą na zaawansowanej technologii bipolarnej, dł. trzonu 20cm, śr. 10mm, szczęki proste, wbudowany niezależny nóż oraz przewód łączący z generatorem? Nie wymaga dodatkowego przetwornika (przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 4

Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści jednorazową rękojeść do zamykania i rozdzielania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, opartą na zaawansowanej technologii bipolarnej, dł. trzonu 37cm, śr. 5mm, szczęki proste, wbudowany niezależny nóż oraz przewód łączący z generatorem? Nie wymaga dodatkowego przetwornika (przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści dzierżawę generatora kompatybilnego z akcesoriami z poz. 3 i 4? Zgodnie z pytaniami 1 i 2 do akcesoriów z pozycji 1 i 2 będą dostarczane sterylne jednorazowe zestawy (bateria + przetwornik).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 6

Czy w związku z brakiem konieczności dzierżawy dodatkowego przetwornika do akcesoriów oferowanych w poz. 1-4, Wykonawca może wpisać w formularzu asortymentowo-cenowym w poz.5 oraz formularzu ofertowym „nie dotyczy”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 7 - Dotyczy pozycji nr 3 w załączniku nr 8.

Czy Zamawiający dopuści opcjonalny opis techniczny: jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Oddzielne przyciski do aktywacji noża oraz koagulacji. Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia.

Odpowiedź: Nie.