

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 1112 /18

Data: 02.03.2018 r.

otyczy: Dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. (znak sprawy:943/2018)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie Nr 1 – Dotyczy pakietu IX

Czy zamawiający w Pakiecie IX zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Jednorazowy trokar bezostrzowy **12 mm** (zamiast 13mm) z redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7 mm-12,9 mm średnicy, umożliwiający desuflację i insuflację długości 150 mm, powierzchnia zewnętrzna karbowana - 1szt

**Odpowiedź: Tak, o ile spełni wymogi stosowanych narzędzi**

### Pytanie Nr 2 – Dotyczy pakietu X

Czy zamawiający w Pakiecie X zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Jednorazowy trokar bezostrzowy 12-13 mm z redukcją wewnętrzną umożliwiającą stosowanie narzędzi od 4,7 mm-12,9 mm średnicy, umożliwiający desuflację i insuflację **długości 100mm** (zamiast 110-120mm), powierzchnia zewnętrzna karbowana - 1 szt

**Odpowiedź: Tak, ale nie wymaga**

### Pytanie Nr 3 – Dotyczy pakietu XII

Czy zamawiający w Pakiecie XII zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Jednorazowy trokar bezostrzowy 15 mm, umożliwiający właściwe stosowanie narzędzi 10mm i 5mm oraz stosowanie ładunków staplera endoskopowego z wysokością zszywki 4,8mm (tkanka gruba), o **długości 100mm** (zamiast 110 mm – 120 mm).

**Odpowiedź: Tak, ale nie wymaga**

**Pytanie Nr 4**

Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację Formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolumny w której będzie wymagane wpisanie Nazwy producenta oraz numeru katalogowego oferowanego produktu; pozwoli to na zweryfikowanie złożonej oferty pod kątem jej zgodności z wymaganiami zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, modyfikacja formularza asortymentowo-cenowego**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Bujnowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
"Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.

Janusz Roszkowski