"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71, fax 87 620-95-99
e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie nr 1
– Sprostowanie w zakresie pytania 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 121 /2020 **Data: 07.04.2020r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego wraz z dzierżawą generatora i 2 przetworników na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. , znak sprawy: 620/2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1
Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.
Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 2
Dot.projektu umowy par. 2 ust. 15 pkt 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 3
Dot.projektu umowy par. 2 ust. 15 pkt 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
„W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu urządzenia – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego dzierżawionego urządzenia na nowe w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki – do powyższego nie wlicza się usterek powstałych w wyniku używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi."
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 4
Dot.projektu umowy par. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 300 zł za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 5
Dot.projektu umowy par. 7 ust. 1 pkt. 2
Prosimy o potwierdzenie i dodanie zapisu do umowy, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewnienie możliwości wykonywania zabiegów), Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.
Odpowiedź: Potwierdzamy.

PYTANIE 6
Dot.projektu umowy par. 7 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% wartości brutto zamówienia cząstkowego?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 7
Dot.projektu umowy par. 7 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% wartości brutto zamówienia cząstkowego?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 8
Pozycja 1
Jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego - dł. ramienia 35 cm lub 45, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var. Końcówka wykorzystująca system inteligentnego monitorowania tkanki, System pozwalający generatorowi generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
Odpowiedź: Tak.
Pozycja 2
Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiekowa dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące seal&cat i seal. Końcówka z wbudowanym systemem monitorowania tkanki, Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze.
Odpowiedź: Tak.
Pozycja 3
Jednorazowa końcówka do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarno-ultradźwiękową współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze, długość ramienia 20 cm. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu.. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°.
Odpowiedź: Tak.
Pozycja 4
Jednorazowa końcówkai do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie,wykorzystujące technologię bipolarno-ultradźwiekową, śr. Ramienia 5mm, dł. 35cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może
być obracany o 360°.
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 9
Czy Zamawiający w załączniku nr 1 pozycja 5 „dzierżawa generatora" wymaga, aby zaproponowany generator zawierał w sobie diatermię mono-bipolarną do koagulacji oraz generator utradźwiękowy do zamykania naczyń?
Odpowiedź: Tak.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 14.04.2020 r. godz. 11^{00}.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Pro-Medica Sp. z o.o.
Janusz Roszkowski