

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /16

Data: 09.12.2016 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz trzech krzesełek kardiologicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Elk.

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – Dotyczy Urządzenie do masażu klatki piersiowej

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał wymóg „ssawka - element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 sztuki”. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na wyroby jednego dostawcy na rynku polskim tj. Physio Control, dotyczy to urządzenia Lucas 2 lub Lucas 3. Zaznaczamy, iż pozostałe urządzenia na rynku posiadają elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem skonstruowane w inny technologicznie sposób, jednakże spełniające te same cechy użytkowe.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) *Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia.* Dlatego żądamy zmiany parametru na „element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 sztuki”

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oceniamy nie tylko jako utrudnienie uczciwej konkurencji stanowiące naruszenie zasad określonych w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale przede wszystkim pozbawienie się przez Zamawiającego możliwości uzyskania atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza „ element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 sztuki”.

Pytanie nr 2 – Dotyczy Urządzenie do masażu klatki piersiowej

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał wymóg „ możliwość wglądu w dane dotyczące wyników pracy urządzenia po zakończeniu zdarzenia – transmisja za pomocą łączności Bluetooth lub Wi-Fi lub modem 3G”. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na wyrób jednego dostawcy na rynku polskim tj. Physio Control, dotyczy to urządzenia Lucas 3. Ponownie zauważamy, że ukształtowanie tego parametru jest tylko pozornie obiektywne, ponieważ część urządzeń na rynku

spełnia ten parametr przy jednoczesnym niespełnieniu pozostałych parametrów chociażby Auto Pulse producenta Zoll, a część spełnia pozostałe parametry przy niespełnieniu tego parametru, chociażby EasyPulse producenta Shiller. Dlatego żądamy zmiany parametru na „możliwość wglądu w dane dotyczące wyników pracy urządzenia po zakończeniu zdarzenia” bez określania sposobu wykonywania tej funkcji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) *Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia.*

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oceniamy nie tylko jako utrudnienie uczciwej konkurencji stanowiące naruszenie zasad określonych w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale przede wszystkim pozbawienie się przez Zamawiającego możliwości uzyskania atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu w dane dotyczące wyników pracy przy urządzeniu po zakończeniu zdarzenia.

Pytanie nr 3 - Dotyczy krzeselka kardiologicznego

W związku z tym, iż środowisku pracy krzeselka płozowego bardzo istotną sprawą jest stabilność zjazdu krzeselka po schodach jako jeden z podstawowych kryteriów bezpieczeństwa pacjenta oraz kąt pochylenia krzeselka z pacjentem zbliżony do naturalnej pozycji pionowej jaką pacjent próbuje obrócić, pytamy się czy dla Zamawiającego jest istotne, aby krzeselko spełniało te standardy i tym samym Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało min. 37 cm rozstawu zewnętrznego płóz oraz min. 30° kąta pomiędzy płozami a ramą krzeselka?

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga aby urządzenie posiadało min. 37 cm rozstawu zewnętrznego płóz oraz min. 30° kąta pomiędzy płozami a ramą krzeselka.

Z poważaniem: